

Ventolin (salbutamol) instructies

Uw kind mag naar huis na een opname vanwege benauwdheid. Met behulp van onderstaand schema ziet u hoe u de Ventolin (salbutamol) thuis kunt afbouwen. U bouwt de Ventolin (salbutamol) verder af, als het goed gaat met uw kind. Als het afbouwen niet lukt, neem dan contact op met de kinderafdeling op telefoonnummer 020-755 6670.

Afbouwschema

- Per keer 4 puffjes geven. Vóór elke puf goed schudden!
- 15 seconden laten inademen

Zorg ervoor dat:

- uw kind goed rechtop zit;
- u schudt voor iedere puf;
- uw kind rustig in- en uitademt gedurende 10-15 tellen.

Datum:								
01.00								
02.00								
03.00		X						
04.00								
05.00								
06.00			X					
07.00		X		X	X			
08.00								
09.00								
10.00								
11.00		X						
12.00			X					
13.00				X				
14.00								
15.00		X						
16.00								
17.00								
18.00	X		X					
19.00		X		X	X			
20.00								
21.00								
22.00	X							
23.00		X						
24.00			X					

Hoe moet uw kind inhaleren met een voorzetkamer?

1. Schud de dosis aerosol voor gebruik en verwijder de beschermdop. Bij gebruik van een nieuwe dosis aerosol of als de aangebroken dosis aerosol twee weken niet gebruikt is, spuit dan eerst twee pufjes in de lucht.
2. Plaats de dosis aerosol met de opening naar beneden in de voorzetkamer. Laat uw kind rechtop zitten of staan met het hoofd iets achterover (de mond moet leeg zijn).
3. Plaats het mondstuk van de voorzetkamer tussen de tanden en sluit de lippen om het mondstuk of plaats het kapje over neus en mond, zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht!
4. Breng het voorgeschreven medicijn in de voorzetkamer, niet meer dan één puf tegelijk. Let op: de medicatie blijft na de puf 20 seconden in de voorzetkamer en slaat dan neer. Adem rustig in en uit door de voorzetkamer (15 seconden/keer). Het klepje van de voorzetkamer moet zichtbaar heen en weer bewegen.
5. Herhaal de handelingen als er meerdere doses geïnhaled moeten worden.

Zie ook:

<http://www.mijnaerochamber.nl/> voor instructiefilmpjes. Kijk onder het kopje "Gebruik".

Schoonmaakinstructies

AeroChamber

De samenstelling van het plastic is zo gekozen, dat de AeroChamber antistatisch is. De AeroChamber ziet er enigszins mat uit. Als u de voorzetkamer uitgepakt hebt, kunt u hem meteen gebruiken. Daarna moet u hem wekelijks schoonmaken.

1. Verwijder het achterstuk. U kunt het voorstuk loskoppelen door de voorzetkamer te draaien, zoals boven weergegeven.
2. Laat de delen 15 minuten weken in een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en schoon, lauwwarm water. Beweeg ze voorzichtig heen en weer. Spoel de delen met schoon water af. Of plaats de delen in het bovenste rek van een vaatwasser. Controleer of het product stevig rechtop staat, zoals afgebeeld. Gebruik het normale programma of een programma bij lage temperatuur. Maak geen gebruik van een eventueel extra droogprogramma. Verwijder het product uit de vaatwasser nadat de reiniging is voltooid. De AeroChamber mag niet gekookt of gesteriliseerd worden.
3. Rechtop laten drogen aan de lucht. Niet droogwrijven. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet.
4. Zet het product weer in elkaar door het voorstuk op het uiteinde van de voorzetkamer aan te brengen en stevig te draaien totdat het onderdeel goed vastzit.
5. Zorg ervoor dat de opzetgeleider op het achterstuk één lijn vormt met de Flow-Vu-indicator, zoals aangegeven. Druk stevig aan om het achterstuk te bevestigen.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl